


## 大腸菌群用 SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

### 1. 特徴

この SensiMedia は、検体中の大腸菌群を迅速に検出できるようにしたものです。

### 2. 検査の手順



#### 試料添加

SensiMedia のキャップを開け、試料を ≤5ml 添加します。キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

#### 培養温度

37°Cで培養してください。

### 3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、試料及び危惧される菌を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。20 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、大腸菌群について通常 陰性と判断できます。陽性のときは、センサーが黄色透明になります。

